Symbol	Opis
	Przyrząd magnetoelektryczny o ruchomej cewce
	Przyrząd magnetoelektryczny z prostownikiem półprzewodnikowym
	Przyrząd elektromagnetyczny
	Przyrząd elektrodynamiczny
	Przyrząd elektrodynamiczny ilorazowy
	Przyrząd ferrodynamiczny
	Przyrząd ferrodynamiczny ilorazowy
	Przyrząd indukcyjny
	Przyrząd cieplny
	Przyrząd elektrostatyczny
	Przyrząd wibracyjny (językczkowy)
	Przyrząd bimetalowy
	Urządzenie elektroniczne
	Osłona magnetyczna

Symbol	Opis
	Osłona elektrostatyczna
	Przyrząd prądu stałego
	Przyrząd prądu przemiennego
	Przyrząd prądu stałego i przemiennego
	Poziome położenie przyrządu podczas pomiaru
	Pionowe położenie przyrządu podczas pomiaru
	Pochyłe położenie przyrządu podczas pomiaru (przy pochyleniu np. 60° względem poziomu)
	Izolacja przyrządu sprawdzana napięciem probierczym (np. 2 kV)
	Izolacja przyrządu sprawdzana napięciem probierczym 500 V
	Znak ostrzegawczy na przyrządach, których dotknięcie może grozić porażeniem
0,5	Klasa dokładności miernika (np. 0,5) w przypadku gdy dopuszczalne uchyby są wyrażone w procentach końcowej wartości zakresu pomiarowego miernika
	Klasa dokładności miernika (np. 1,5) w przypadku gdy dopuszczalne uchyby są wyrażone w procentach długości podziałki
	Klasa dokładności miernika (np. 2,5) w przypadku gdy dopuszczalne uchyby są wyrażone w procentach wartości wskazanej
	Oznaczenie miernika przeznaczonego do pracy w specjalnych warunkach eksploatacyjnych wymienionych w dołączonej do miernika instrukcji